

江阴市医学会

澄医会〔2023〕141号



关于开展年度超声及影像医疗质量 专项检查的通知

各有关医疗机构：

为进一步推进全市超声及放射影像科规范化建设，规范江阴市各级医疗机构临床超声诊疗活动行为，加强全市超声科及影像医疗质量与安全管理工作。按照无锡市质控中心的统一安排，经研究，决定委托江阴市超声医学及影像质控小组对我市部分医疗机构进行专项检查，现将有关事项通知如下：

- 一、检查时间：2023年10月24日（周二）。
- 二、检查对象：详见附件1。
- 三、检查内容：超声见(附件3)、影像见（附件2）。
- 四、检查形式：以现场检查、查阅资料与结果反馈为主。
- 五、其他要求：请各单位按照检查指标（详见附件2、3）

准备好相关数据及相应溯源台账资料备查。

附件：1. 年终超声科及影像科质控检查日程安排表

2. 2023 年江阴市影像质控评分表

3. 2023 年江阴市超声质控检查表



附件 1

2023 年度质控检查日程安排表

时间	检查单位			
10-12	第一组 超声： 邹大中（市人医，13861609070）、张震未（市妇幼保健院）、王婵君（市五院） 影像： 孟宪平（市人医，13815139835）、白德波（市人医）	第二组 超声： 薛勤（市人医，18921233252）、任余（市四院）。 影像： 张金华(市人医，13915206581) 李蒋清（徐霞客医院）	第三组 超声： 张子宁（市中医院，17768318077）、吕巧娣（临港医院）、徐伯礼（青阳医院） 影像： 刘峰（市中医院，17768319133） 刘芳（市中医院）	第四组 超声： 符青青（市三院，15950125736）、刘静亚（江阴市中医骨伤医院）、高春恒（市人医） 影像： 赵华勇（文林卫生院，13861663393） 刘惠峰（市四院）
	上午	江阴市中医院、江阴市中医肝胆医院	江阴红房子妇产医院、江阴市德美嘉妇儿医院	江阴市博医家康复医院、江阴市第五人民医院
下午	江阴临港医院 江阴澄西医院	江阴百意中医医院、江阴市中医骨伤医院	江阴长泾医院	江阴南闸医院、江阴市人民医院

附件 2

江阴市 2023 年度影像质控评分标准

医院

管理等级

检查日期

得分

项 目	检 查 内 容	分值	得分
一、科室基本情况 (10 分)	1、放射诊疗许可证：内容不一致 (1 分)；未公示 (1 分) 2、辐射安全许可证：内容不一致 (1 分)；未公示 (1 分) 3、放射培训合格证：(1 分) 4、执业健康体检合格证：(1 分) 5、执业资格：证书不全 (2 分)，从事工作与资质不符 (2 分)	2 2 1 1 4	
二、科室设备和防护要求 (10 分)	1、辐射防护用品：配备不齐 (1 分) 2、机房辐射标识 (1 分) 3、孕妇警示语 (1 分) 4、警示灯未正常工作 (1 分) 5、机房无抢救设施 (含抢救车、氧气、药品及记录本) (2 分) 6、主要规章制度未公示 (1 分) 7、急救流程 (抢救流程，对比剂不良反应处理流程，停电、放射意外等) 未公示 (2 分) 8、设备维修保养记录 (1 分)	1 1 1 1 2 1 2 1	
三、开展医疗技术项目 (10 分)	1、开展特殊位置摄片 (1 分) 2、开展 CT 增强扫描 (2 分) 3、开展 CTA 检查 (2 分) 4、开展 CT 特殊检查 (特殊部位扫描、重建、穿刺活检等) (2 分) 5、开展 MRA 检查 (1 分) 6、开展 MR 特殊检查 (特殊部位扫描、功能成像等) (2 分)	1 2 2 2 1 2	
四、放射科质控专项 (10 分)	1、图像及报告质控自查每月 1 次 (1 分) 2、集体读片或病例讨论每月至少 1 次 (1 分) 3、科室制定质控制度 (1 分) 4、科室每年组织对比剂不良反应培训 (1 分) 5、科室具有 CT 增强检查知情同意书并签字 (2 分) 6、科室具有 MR 检查注意事项告知书并签字 (2 分) 7、科室有危急值上报制度及记录 (1 分) 8、科室有不良事件上报制度及记录 (1 分)	1 1 1 1 2 2 1 1	
五、技术、诊断质量 (60 分)	1、临床影像检查申请单完整性 (抽查 20 份病例，缺 1 例扣 0.5 分) 2、影像报告“一般资料”项目齐全，病人信息填写全面。(抽查 20 份影像报告；缺一项扣 0.5) 3、评片：抽查本年度 20 份 X 线图像 (位置、异物去除情况、左右标识、分辨率和对比度、照射野大小) (每一项 4 分共 20 分) 4、评报告：抽查本年度 10 份 X 线、5 份 CT、2 份 MR (如果没有 MR 则增加 2 份 X 线，CT 和 MR 都没有，则增加 7 份 X 线) (1) 病变的描述 (位置、大小、形态、边缘、增强后变化) (10 分) (2) 与病灶相关征象的描述 () (3) 与以前影像对比 () (4) 结论表达恰当，如有几种可能性时，要有倾向性诊断，排除性诊断以及进一步处理的意见 () (5) 诊断报告双签名 ()	5 5 20 10 3 2 10 5	

质控专家：

江阴市超声技术质控中心督导内容与要求评分表(2023 版)

质控对象名称: _____		2023 年 _____ 月 _____ 日			
项目	督导内容和要求	检查方式与评分标准	标准分	扣分依据	得分
一、科室设置 5 分	独立设置超声科	现场查看科室名称	2		
	检查场所布局合理, 仪器配置、放置环境合理	现场检查	1		
	各诊室空间与环境达到质控要求	现场检查, 平均每台机器占用面积 $\geq 15m^2$, $\geq 12m^2$ 1 分, $< 12m^2$ 0 分	2		
二、人员配备 10 分	科主任应具备副高以上专业技术职称, 其执业范围应是“医学影像和放射治疗 专业”	现场查阅证书, 主任医师 2 分, 副主任医师 1 分, 主治及以下 0 分	2		
	超声从业人员均具备《医师资格证书》和《医师执业证书》(执业范围为“医学影像和放射治疗专业”)	现场查阅证书, 一人一项不符合要求扣 1 分	2		
	特殊检查人员具备相应资质(包括: 各种介入超声、胎儿结构筛查等需具备相关认定的资质)	现场查阅证书, 一人一项不符合要求扣 1 分	2		
	人才队伍建设	现场查阅相关资料, 有人才梯队培养计划得 1 分, 没有 0 分	1		
	设置亚专业组	现场查阅相关资料, 根据医院功能任务设置若干专业组, ≥ 3 个得 2 分, 1~3 个得 1 分, 未设置 0 分	2		
三、科室管理 30 分	有专人分诊预约	现场检查	1		
	有医疗质量和医疗安全核心制度并落实	现场查阅相关资料、台账	2		
	有继续医学教育管理制度、规划、实施方案, 定期进行“三基”培训、考核并记录	现场查阅相关资料、台账	2		
	应急预案(停电、断网、火灾、漏水等)	现场查阅相关资料、台账, 一项不完整扣 1 分	1		
	不良事件上报制度		1		
	差错事故处理制度		1		
	抢救药品管理制度		1		
	无菌物品管理制度		1		

	科室相关人员经过急救培训、应急演练，具备紧急处理的能力，有患者紧急意外抢救预案	1		
	保护患者隐私	2	现场查看	
	危急值上报制度	2	现场查阅相关资料、台账，危急值 10 分钟通报完成率 100%者 2 分，95~100%1 分，<95%0 分	
	特殊检查知情同意书签署完整、术后注意事项告知	2	现场查阅相关资料，内容完整 2 分，不完整 1 分，无知情同意书或未签字 0 分	
	医疗设备维修制度健全、维修记录完整	2	现场查阅相关资料、台账	
	仪器质检率	2	现场查阅相关资料、台账，质检率达 100%者 2 分，95~100%1 分，<95%0 分	
	无进行非医学需要的胎儿性别鉴定	5	现场查看及查阅相关资料，有 1 例则此项不得分	
	信息化建设	5	现场查看医院及科室信息化建设系统，能否快速查询病例相关其他检查及诊疗情况等	
	提供 24 小时 × 7 天的急诊(包括床边急诊)检查服务	1	现场查看	
	有明确的服务项目、报告时限规定及公示	1	现场查看	
四、技术技能 25 分	超声操作符合规范	10	现场抽取 2~3 位医师考核	
	图像质量评价	8	现场查看留图是否完整、规范	
	超声报告单书写、签发、复核及管理	5	现场抽取 5 份超声报告	
	成立质量控制管理小组，人员分工及职责明确	3	现场查阅资料及台账，科主任为质控组长，否则 0 分	
五、质量控制 24 分	每月召开 QC 会议	5	现场查阅资料及台账，缺 1 次扣 1 分	
	病例随访制度	2		
	疑难病例讨论制度	2	现场查阅相关资料、台账	
	新技术准入制度	1		
	有分析改进记录	3	现场查阅相关资料、台账	
	按时在江苏省超声质控网站提交质控数据	2	现场查阅江苏超声质控网站	
	参加 2023 年江苏省超声质控大会	1	现场查阅参会证明	

	在国家超声医学质量控制平台-哨点医院质控管理系统提交质控数据	现场检查国家超声质控网站	2	
	参加第六届超声医学质量控制培训会（2023 年）	现场查阅参会证明	1	
	2023 年获批为哨点医院	现场查阅邮件件证明	2	
	近 3 年有市级以上新技术引进或创新项目	现场查阅相关资料、台账	2	
六、学科建设	近 3 年承担 1 项市级以上科研项目		2	
6 分（二级医院不作要求）	近 3 年发表专科专业统计源期刊论文 3 篇以上		2	
合计			100	

督导专家：_____、_____、_____

抄送：市卫生健康委、市科协、市民政局。

江阴市医学会

2023年10月23日印发
